

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Mindestkriterien

Gewichtung: 0,00%

1.1 Bestätigung Einhaltung Mindestkriterien [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Der Anbieter sichert die Einhaltung der Mindestkriterien gemäß Leistungsverzeichnis dieser Ausschreibung im abgegebenen Angebot zu

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Bewertbare Leistungskriterien

Gewichtung: 100,00%

2.1 Bewertbare Leistungskriterien:

K.O.-Kriterium: Nein

Die Bewertung der Leistungskriterien erfolgt durch die Universität Erlangen-Nürnberg anhand der als Angebot übermittelten Angaben.

Dabei kommt folgende Wertungsmatrix zum Einsatz:

0 bis 3 Punkte: Insgesamt niedriger Zielerfüllungsgrad. Unzureichende oder mangelhafte und insgesamt nicht nachvollziehbare Darstellung.

4 bis 7 Punkte: Insgesamt durchschnittlicher Zielerfüllungsgrad. Ausreichende bis zufriedenstellende Darstellung, die teilweise bis überwiegend an die Erwartungen der Vergabestelle heranreicht.

8 bis 10 Punkte: Insgesamt überdurchschnittliche bis hervorragende Darstellung die den Erwartungen der Vergabestelle voll oder in besonderem Maße entspricht.

2.2 Garantie [Mussangabe]

Gewichtung: 3,03%

Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie die Garantiebedingungen und den Garantiefumfang inkl. Kosten.

2.3 Spinning disc und Fly-eye [Mussangabe]

Gewichtung: 15,15%

Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Besitzt Ihr System 2 verschiedene pinhole Scheiben mit 25µm und 50µm? Sind im System Fly-eye Linsen verbaut?

2.4 Software [Mussangabe]

Gewichtung: 15,15%

Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Bietet Ihr System eine Bildaufnahmesoftware für die vollautomatische Bildaufnahme (Programmiermodul)?

Können Sie ein Programmiermodul anbieten, das mit Python kommunizieren kann?

Bietet Ihre Software eine Nachbearbeitungsfunktion einschließlich Dekonvolution zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses und zur Verbesserung der räumlichen Auflösung?

2.5 Inkubator [Mussangabe]

Gewichtung: 12,12%

Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie an, ob der im Angebot enthaltene Inkubator eine steuerbare CO₂-, Temperaturregelung besitzt.

2.6 Modulare Einheiten [Mussangabe]

Gewichtung: 15,15%
Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Gibt es modulare Einheiten, um verschiedene Beleuchtungsmodule (z. B. vertikale und Spot-Beleuchtung, Totalreflexion und Photomanipulation) zu verbinden? Wie lassen sie sich am Mikroskopgehäuse anbringen und wieder abnehmen?

2.7 Autofokus [Mussangabe]

Gewichtung: 12,12%
Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügt Ihr Gerät über eine Einheit zur automatischen Korrektur der Position der optischen Komponenten auf der Grundlage der durch das erfasste Bild gegebenen Informationen?

2.8 Motorisierung der Linsen [Mussangabe]

Gewichtung: 12,12%
Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Linsen sind in Ihrem Gerät motorisiert? Bitte nennen Sie diese.

2.9 Lichtbrechung durch Wasserimmersionsobjektive [Mussangabe]

Gewichtung: 7,58%
Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Gibt es im System eine automatische Wasserzuführung für Wasserimmersionsobjektive?

2.10 Reparatur / Ersatzteile [Mussangabe]

Gewichtung: 7,58%
Maximalpunktzahl: 10

K.O.-Kriterium: Nein

Wie lange können Sie eine Ersatzteilbeschaffung garantieren?

3 Kriterien ohne Wertung

Gewichtung: 0,00%

3.1 Lieferzeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie einen verbindlichen Liefertermin.