

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Mindestkriterien

Gewichtung: 0,00%

1.1 Bestätigung Einhaltung Mindestkriterien [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Anbieter sichert die Einhaltung der Mindestkriterien gemäß Leistungsverzeichnis dieser Ausschreibung im abgegebenen Angebot zu

-] Keine Angabe
] Ja
] Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Bewertbare Leistungskriterien

Gewichtung: 100,00%

2.1 Bewertbare Leistungskriterien:

Die Bewertung der Leistungskriterien erfolgt durch die Universität Erlangen-Nürnberg anhand der als Angebot übermittelten Angaben.

Dabei kommt folgende Wertungsmatrix zum Einsatz:

0 bis 3 Punkte: Insgesamt niedriger Zielerfüllungsgrad. Unzureichende oder mangelhafte und insgesamt nicht nachvollziehbare Darstellung.

4 bis 7 Punkte: Insgesamt durchschnittlicher Zielerfüllungsgrad. Ausreichende bis zufriedenstellende Darstellung, die teilweise bis überwiegend an die Erwartungen der Vergabestelle heranreicht.

8 bis 10 Punkte: Insgesamt überdurchschnittliche bis hervorragende Darstellung die den Erwartungen der Vergabestelle voll oder in besonderem Maße entspricht.

2.2 Lieferzeit [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%

Maximalpunktzahl: 10

Bitte geben Sie die verbindliche Lieferzeit für die angebotene Leistung ab dem Zeitpunkt der Zuschlagserteilung an. Eine vorzeitige Lieferung wird bevorzugt.

2.3 Ersatzteile [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%

Maximalpunktzahl: 10

Bitte machen Sie Angaben zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen bezüglich der angebotenen Leistung

2.4 Vor-Ort-Service [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%

Maximalpunktzahl: 10

Aufgrund der erforderlichen zeitnahen Serviceleistungen und -kosten werden Anbieter aus dem mitteleuropäischen Raum bevorzugt. Bitte teilen Sie mit, wie sich die räumliche Situation für Serviceleistungen im Zusammenhang mit der angebotenen Leistung konkret darstellt.

2.5 Software- und Lizenzupdates [Mussangabe]

Gewichtung: 15,00%

Maximalpunktzahl: 10

Ist der Quelltext der Betriebssoftware für die Geräte ganz oder teilweise einsehbar und, wenn ja, steht dieser unter einer Open-Source-Lizenz, die also insbesondere auch die Veränderung und die Weitergabe dieses Quelltexts gestattet? Werden Updates der Betriebssoftware/Anwendersoftware kostenlos zur Verfügung gestellt oder müssen diese, sofern von Kundenseite erwünscht, zusätzlich erworben werden?

2.6 Erweiterbarkeit [Mussangabe]

Gewichtung: 15,00%

Maximalpunktzahl: 10

Bitte machen Sie Angabe zur Erweiterbarkeit der angebotenen Leistung mit Anlagen des eigenen Herstellers/eines Fremdhersteller

2.7 Parallelisierungsgrad [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 10

Es sollen mindestens 12 Bioreaktoren parallel betrieben werden können. Eine höhere Anzahl an Bioreaktoren ergibt eine höhere Bewertung.

2.8 Temperaturkontrolle [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%
Maximalpunktzahl: 10

Verfügt die angebotene Lösung über einen größeren Temperaturbereich als den Temperaturbereich, der als Mindestanforderung (16 - 45 °C) vorgegeben wurde? Falls Ja, geben Sie bitte diesen größeren Temperaturbereich konkret an.

2.9 Arbeitsvolumen [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 10

Gemäß der Mindestanforderungen soll Arbeitsvolumen pro Reaktor mind. 10 mL und gleichzeitig maximal 25 mL betragen. Sofern die angebotene Leistung einen geringeren Maximalwert beim Arbeitsvolumen aufweist, wäre dies vorteilhaft. Bitte geben Sie das Maximalvolumen der angebotenen Leistung pro Reaktor an.