LEISTUNGSKRITERIEN

1 Akzeptanz Rahmenvertrag [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Bitte bestätigen Sie, dass Sie den diesem Verfahren zugrunde liegenden Rahmenvertrag gelesen haben und diese akzeptieren. Das Angebot kann ansonsten nicht berücksichtigt werden.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Produktbezeichnung / Artikelnummer [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie das angebotene System mit der/den Bezeichnung(en) und - soweit vorhanden - der/den firmeninternen Artikelnummer(n).

3 Erfüllung der Mindestanforderungen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Sichern Sie zu, dass alle Einzelpunkte der Leistungsbeschreibung erfüllt werden?

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

4 Bewertung

Gewichtung: 100,00%

4.1 Bewertung

K.O.-Kriterium: Nein

Bei der Bewertung des Thermalprofils können bis maximal 6 Punkte erreicht werden. Nachstehend wird das Thermalprofil abgefragt. Bitte machen Sie Angaben zum Thermalprofil und fügen ggf. Nachweise (z.B. Bedienungshandbuch, Produktbeschreibung etc.) bei. Bei der Bewertung der zusätzlichen exogenen Kontrolle kann bei Vorhandensein 1 Punkt erreicht werden. Ebenfalls nachstehend wird das Vorhandensein einer zusätzlichen exogenen Kontrolle abgefragt.

4.2 Thermalprofil [Mussangabe]

Gewichtung: 66,67%
Maximalpunktzahl: 6
Mindestbewertung: 1 Punkte

K.O.-Kriterium: Nein

Angaben zum Thermalprofil

- Keine Angabe (0)
- Thermalprofil: unter 45 Min. (6)
- Thermalprofil: 46 Min. - 55 Min. (5)
- Thermalprofil: 56 Min. - 65 Min. (4)
- Thermalprofil: 66 Min. - 75 Min. (3)
- Thermalprofil: 76 Min. - 85 Min. (2)
- Thermalprofil: 86 Min. - 90 Min. (1)

Nur eine Antwort wählbar

4.3 Exogene Kontrolle [Mussangabe]

Gewichtung: 33,33%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügt das angebotene ASP-PCR-Kit über eine zusätzliche exogene Kontrolle?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)